Boletín 2023

Labindustrias

Boletín 01 - Año 08

PBX (502) 2291- 9000

ventas@labindustrias.com

11 avenida 36-71 zona 11,
Ofibodegas Centro Once, Bodegas 5 y 6
Colonia Las Charcas, Guatemala

www.labindustrias.com

NUEVO

AFIAS-10

Un analizador avanzado de Inmunología

Más información en el link
bit.ly/3H16875

Proceso automatizado compatible con tubo de extracción de sangre
10 diferentes pruebas simultáneas
Prueba STAT para emergencia
LIS/HIS bidireccional

Procedimiento simple

1. Inserte el cartucho

2. Inserte el tubo de muestra en la gradilla de tubos

3.Inserte la gradilla de tubos en AFIAS-10

SUMINISTROS

Pericraneal para jeringa
21G x3/4" (0.8 x 19 mm)

Tiras reactivas para análisis de Orina
(50 tests)

Gradilla de policarbonato
(40 tubos)

ASESORÍA CIENTÍFICA Buenas prácticas para tu laboratorio

1. Asegúrate de que el número de lote de los cartuchos de prueba coincida con el de tubos detectores, diluyentes detectores y chip de identificación.

2. Si el cartucho sellado, el tubo detector o el diluyente detector han sido almacenados en un refrigerador, colócalo en un lugar limpio y superficie plana a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la prueba.



Deja a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la prueba.

3. Es necesario remover completamente el sello blanco para evitar el buffer se derrame con el uso.

Refrigera el buffer (2 a 8 grados centrígrados), después de abierto.

Labindustrias

Distribuidor de los mejores equipos y reactivos para tu laboratorio