FUJIFILM

IVD

Usar después de leer estas “Instrucciones de uso”

Fecha de edición: 1/Sep/2012

COPAS DE MEZCLA FUJI DRI-CHEM

20120901ES

[Advertencias y precauciones]

1. No reutilizar.
2. No reutilizar una copa deformada para evitar provocar una avería del analizador.
3. No utilizar cualquier copa que caiga al suelo, ya que podría estar contaminada.

[Uso previsto]

Este producto se utiliza al diluir muestras de pruebas.

[Limitaciones de uso]

Este producto está especialmente diseñado para el sistema FUJI DRI-CHEM. No puede aplicarse a otros sistemas.

[Composición]

Copa: Poliestileno

[Procedimiento]

Consulte el “MANUAL DE INSTRUCCIONES” del FUJI DRI-CHEM ANALYZER.

[Información de desecho]

Las copas usadas se clasifican como residuos infecciosos. Asegúrese de desecharlas de acuerdo con la Normativa de desecho de residuos y otras normativas aplicables, la cuales indican el método apropiado de desecho, como por ejemplo la incineración, fusión, esterilización o desinfección.

[Almacenamiento y manipulación]

1. No almacenar a altas temperaturas para evitar la deformación.
2. Asegúrese de cerrar el embalaje para evitar la contaminación.

[Contenido]

50

Consulte el “MANUAL DE INSTRUCCIONES” para FUJI DRI-CHEM ANALYZER o http://www.fujifilm.com/products/medical/

EC REP FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, ALEMANIA

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, JAPÓN

	No reutilizar
LOT	Número de lote
	Fabricante
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
Σ	Contiene suficiente para <n> pruebas
IVD	Productos sanitarios de diagnóstico in vitro
	Consultar las instrucciones de uso

CE