FUJIFILM

Usar después de leer estas “Instrucciones de uso”

IVD

Fecha de edición:
1/Feb/2013

DILUYENTE FUJI DRI-CHEM DL (CRP)

1904000ES

[Advertencias y precauciones]

Calentar a temperatura ambiente antes de usar.

[Uso previsto]

Este producto se utiliza para diluir muestras de prueba CRP aplicadas al sistema FUJI DRI-CHEM.

[Limitaciones de uso]

Este producto está especialmente diseñado para el sistema FUJI DRI-CHEM. No puede aplicarse a otros sistemas.

[Composición]

Solución amortiguadora MES	0,42% (MES: ácido 2-morfolino etanosulfónico).
Acida de sodio	0,02%

[Procedimiento]

Consulte el “MANUAL DE INSTRUCCIONES” del FUJI DRI-CHEM ANALYZER.

[Información de desecho]

Debido a que este producto contiene 0,02% de azida de sodio como conservante, diluya el líquido residual con bastante agua al desecharlo.

[Almacenamiento y manipulación]

Condición de almacenamiento: Entre 2-8 °C

[Contenido]

32 mL × 1

LOT	Número de lote
	Fabricante
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
IVD	Productos sanitarios de diagnóstico in vitro
	Consultar las instrucciones de uso
	Usar hasta

Consulte el “MANUAL DE INSTRUCCIONES” para FUJI DRI-CHEM ANALYZER o en http://www.fujifilm.com/products/medical/

EC REP FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, ALEMANIA

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, JAPÓN

CE